

سحب وسائل طبية لتصوير العمليات الجراحية في الدماغ



دبي: إيمان عبدالله آل علي

أصدر د. أمين حسين الأميري، الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، تعميماً بضرورة سحب الوسائل الطبية التي تستخدم في تصوير العمليات الجراحية في الدماغ، لأنها قد تعطي تقارير غير صحيحة أثناء إجراءات الخزعة، وتؤدي إلى حدوث إصابات خطيرة تهدد حياة المريض. وتفصيلاً، جاء في التعميم، حيث synergy craninal software and stealth station s7 cranial software سحب الوسائل الطبية وردها تحذير من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية عن الوسيلة الطبية. وأكدت الوزارة في التعميم، أن المنتج غير مسجل لديها، وعممت على مديري المناطق الطبية، والمستشفيات الحكومية والخاصة، والأطباء والصيدلة، بناءً على التحذير. وجاء في التعميم أنه في حال حدوث أي آثار جانبية ناجمة عن استخدام المنتج، يجب التواصل مع الجهات المعنية. ودعت الوزارة أفراد المجتمع إلى التواصل معها ومع الجهات الصحية المحلية في حال حدوث أي أعراض جانبية، بملء الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالآثار الجانبية المتوافرة على الموقع الإلكتروني، أو الاتصال على هاتف:

أو الهاتف المجاني، pv@moh.gov.ae (04-2301448)، أو فاكس (04-2301947)، أو البريد الإلكتروني
80011111).

"حقوق النشر محفوظة" لصحيفة الخليج. © 2024.