

«الصحة» تحذر من 3 وسائل طبية وتسحب منتجاً



دبي: إيمان عبدالله آل علي

أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 4 تعاميم لجميع المنشآت الصحية وممارسي الرعاية الصحية، تحذر من 3 artis cartridge; cartridge single needle & cartridge set، 955077، و955075، و114533، حيث تسلمت الشركة المصنعة تقارير عن وجود أنابيب ملتوية أثناء العلاج بالوسيلة الطبية، والمستخدمه لعلاج غسل كلى، وقد تتسبب في تأخير العلاج أو تجلط الدم أو انحلاله. موضحة أن المنتج غير مسجل في الوزارة. وأوصت الشركة مستخدمي الوسيلة، بالتحقق من وجود تلك الأنابيب، وعدم استخدامها. وفي السياق نفسه، حذرت من والسبب أن النتائج تظهر خطأ عند تكرار المعايرة لعدد من التشغيلات، [c-reactive protein gen-3] وسيلة طبية يجب تكرارها، وأوصت [cobas c 503] والمنتج غير مسجل. وأوصت أنه في حال فشل المعايرة على المقياس والإبلاغ عن الآثار الجانبية في القنوات المخصصة [tina quant c-reactive protein iv crp4] باستخدام المقياس لوجود تمزقات [covidien chemoplus poly-coated chemo gown] لذلك. وفي تعميم آخر، حذرت من المنتج وثقوب ويقع ومواد غريبة وتلف على اللباس الطبي على عدد من التشغيلات، وأوصت بسحبها. وفي تعميم أخير،

لاحتوائه على جسميات غريبة ketorolac tromethamine injection; usp;30 mg/ml ٣ وجهت بسحب المنتج في محلول الحقن، وجاء التحذير من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. لافتة إلى أنه غير مسجل. وأوصت باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال سحب التشغيل المتضررة للمنتج في حال توافره

"حقوق النشر محفوظة لصحيفة الخليج. © 2024."