

الصحة تسحب وسيلة طبية تسبب سكتة دماغية



دبي: إيمان عبدالله آل علي

قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع سحب وسيلة طبية قد تسبب سكتة دماغية، وحذرت من أخرى قد تعرض حياة المرضى للخطر، وعممت على الجهات الصحية كافة في الدولة العمل لاتخاذ اللازم بشأنها

«Precise PRO RX US Carotid System BY Cordis» تفصيلاً أوضحت الوزارة أنها سحبت الوسيلة الطبية التي تستخدم لعلاج المرضى الذين يعانون تضيق الشرايين السباتية، وذلك بسبب انفصال طرف الجهاز أثناء الاستخدام، ما قد يتسبب في إصابات خطيرة بسبب إزالة الطرف المفصول من الشريان السباتي، والتي قد تؤدي إلى الانضمام أو السكتة الدماغية

وأوصت الوزارة الجهات الصحية بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال وقف استخدام المنتج في حال توفره، وفي حال حدوث أية أعراض جانبية لمستخدميه يجب التواصل مع الوزارة مباشرة

وحذرت الوزارة في تعميم آخر وجهته إلى المنشآت الصحية كافة، وجميع ممارسي الرعاية الصحية في القطاع وذلك لاحتمالية انفصال مغناطيس غطاء [«LIFEPAK CR2 defibrillators»] الصحي الخاص من الوسيلة الطبية الوسيلة من الجهاز، حيث أن مغناطيس الغطاء هي الطريقة الأساسية التي سيتم من خلالها تشغيل الجهاز وإيقافه بفتح الغطاء أو إغلاقه، في حال خروج البطارية من مكانها قد تنفذ البطارية قبل الأوان، حتى لو لم يكن الجهاز قيد التشغيل، كما أنه قد لا يتمكن المستخدمون من تشغيل الجهاز إذا لم يستخدموا زر التشغيل أو الإيقاف أو في حال نفذت البطارية بالكامل.

وأوصت الوزارة بالاستمرار في استخدام الجهاز في حال عدم تشغيله عند فتح الغطاء، باستخدام زر التشغيل واتباع تعليمات التشغيل المحدثة، مشيرة إلى أن الوسيلة لاستخدام ممارسي الرعاية الصحية فقط.

"حقوق النشر محفوظة" لصحيفة الخليج. © 2024.