

الصحة» تسحب قطرة لعلاج جفاف العين وتطالب المصنع بتعديل تاريخ الصلاحية



دبي: إيمان عبدالله آل علي

أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، تعميماً إلى جميع المنشآت الصحية وممارسي الرعاية الصحية، بسحب على ملصق المنتج الطبي لقطرة العيون E86 19 وتعديل تاريخ الانتهاء لتشغيلة رقم

التي تستخدم لجفاف العين، حيث أثبت تقرير الثباتية من «Xiidra(lifitegrast)5%ophthalmic solution» الشركة المصنعة وجود شوائب غير معروفة بعد 24 شهراً من تاريخ الإنتاج مع العلم، أن مدة صلاحية المنتج تشير إلى 36 شهراً وقد تؤدي الشوائب إلى تهيج وتفاعلات في العين، ولذلك قامت الشركة المصنعة بتغيير مدة صلاحية المنتج إلى 19 شهراً.

وخاطبت الوزارة، الشركة المصنعة بسحب وتعديل تاريخ الانتهاء للمنتج إلى 19 شهراً من تاريخ الإنتاج، كما خاطبت جميع ممارسي الرعاية الصحية بعدم تداول المنتج المذكور بعد 19 شهر من تاريخ الإنتاج وأبلغت جميع الصيدليات التوقف عن صرف المنتج وإعادةه إلى المورد لتعديل تاريخ الإنتاج.

وأصدرت الوزارة تعميماً ثانياً إلى جميع المنشآت الصحية وممارسي الرعاية الصحية بالسحب الطوعي لتشغيله «اش» وفقاً لقرار من الشركة المصنعة بسبب مشكلة في «basixalpha” inflation device» ون 896261 من المنتج التصنيع تتمثل في إمكانية فصل المقبض عن المحقنة أثناء الاستخدام مما قد يؤدي إلى تأخير الإجراء. وشددت الوزارة على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال سحب التشغيل وإعادتها إلى الشركة المصنعة.

"حقوق النشر محفوظة" لصحيفة الخليج. © 2024.