

أبوظبي تصدر تعميمين بشأن عدسات تؤثر في نتائج التحاليل



أبوظبي: عبد الرحمن سعيد

أصدرت دائرة الصحة في أبوظبي تعميمين إلى جميع المنشآت الصيدلانية ومنشآت الرعاية الصحية والمهنيين cobas وبشأن BD المصنعة من قبل شركة veritor plus analyzers الصحيين بشأن سلامة الوسيلة الطبية في الشرق الأوسط حيث أظهرت عدسات roche diagnostics المصنعة من قبل شركة instrument 5800 المنتج ترسبات على سطحها تؤثر في الإشارة بوحدة الكشف وبالتالي قد تؤثر في نتائج التحليل

إلى إشعار «cobas instrument 5800» ولفتت الدائرة في التعميم الذي جاء بعنوان «إشعار السلامة للوسيلة الطبية حيث يرجع «cobas instrument 5800» السلامة الصادر من وزارة الصحة ووقاية المجتمع حول الوسيلة الطبية cobas التنبيه إلى احتمالية الحصول على نتائج إيجابية خاطئة وغير صحيحة بسبب القيمة القاعدية غير المنتظمة على 5800.

وطلبت الدائرة إجراءات فورية هي الاتصال بالوكيل المحلي عند وجود نتائج إيجابية خاطئة أو غير صحيحة مع فحوص والإبلاغ عن حدوث أي آثار جانبية ناجمة عن استخدام المنتجات الطبية إلى برنامج اليقظة cobas 5800 نظام الدوائية عبر نظام التبليغ الإلكتروني.

بناءً على قرار وزارة الصحة veritor plus analyzers ومن جهة أخرى حذرت الدائرة بشأن سلامة الوسيلة الطبية ووقاية المجتمع واتباعاً لقرار الشركة المصنعة بتحديث تحذير السلامة من تحذير إلى سحب المنتج لأجهزة التحليل غير المنتهية الصلاحية ضمن تاريخ انتهاء الصلاحية

"حقوق النشر محفوظة" لصحيفة الخليج. © 2024